



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Катрабел»

место нахождения: ул. Олега Кошевого, д. 13Б, 220070, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 800010003

телефон +375 17 235 07 58, электронная почта: info@katrabel.by

в лице генерального директора Симонова Леонида Игоревича

заявляет, что теплосчетчики модификаций: SKU-02, SKU-02-B, SKU-02-K

(в составе: вычислителя теплосчетчика, ультразвукового датчика потока, датчиков температуры).

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Катрабел»

место нахождения: ул. Олега Кошевого, д. 13Б, 220070, г. Минск, Республика Беларусь

ТУ РБ 800010003.001-2003 «Теплосчетчики SKU-02»

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9026 80 200 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколы испытаний № 10622ЭБ от 08.10.2019, № 10716ЭМС от 09.10.2019 выданы испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085.

Схема декларирования соответствия - ЗД

Дополнительная информация

Примененные стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»;

ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления теплосчетчика. Условия хранения: в транспортной таре при температуре окружающей среды от минус 40°C до 50°C, при относительной влажности до (90±3)% при температуре 35°C.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.10.2024 включительно.



Симонов Леонид Игоревич

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003 36986

Дата регистрации декларации о соответствии 05.11.2019